

# Mark-1002T系列在线钠分析仪

## 在线ug/L级钠离子分析仪

北京德尔斐科技发展有限公司

刘均平 13501076747

2020年12月

# 钠离子浓度的测量

## ◎ 低浓度钠离子检测的问题

- › 氢离子对钠离子测量的干扰
- › 校准的准确性
- › 样品流量的控制(稳定性)
- › 微纳环境下电极的钝化


## ◎ 对应的解决办法：

- › 碱化系统的设计：PH调节到10.5以上
- › 校准：选用低钠电极，多种校准方法
- › 电极活化

# Mark-1002T钠表的结构

- 数字化钠表 /传感器一体化/分开可远程布置
- 特点：
  - > 变送器（面板/墙装式可选）可选2个钠测量单元：两路同时独立测量
  - > 变送器可以远程布置
  - > 专利碱化系统：根据实际情况设定碱化参数，碱化试剂预加热及加药流量控制
  - > 特殊流通池设计:稳流&过滤/碱化/测量一体分割

# Mark-1002T/1/220单通道钠表





Description	Version MARK-			
	1002T	1002T/1	1002T/36	1002T/1/36
Converting unit (panel-mounted version)	●	○	●	○
Converting unit (wall-mounted version)	○	●	○	●
HP-1002T hydraulic panel	●	●	●	●
PS-1002 power supply	●	●	●	●
K1002.5 connecting cable	●	●	●	●
Mounting parts kit BP37.03.000	●	●	●	●
Tool and accessory kit BP49.05.000	●	●	●	●
Mounting parts kit BP49.06.000	●	○	●	○

Notation ● – included; ○ – not included.

Analyzer version MARK-	Unit description	Overall dimensions, mm, max	Weight, kg, max
1002T, 1002T/36	Panel-mounted converting unit (without cable)	252×146×115	2.60
1002T/1, 1002T/1/36	Wall-mounted converting unit (without cable)	266×170×95	
1002T, 1002T/36, 1002T/1, 1002T/1/36	HP-1002T hydraulic panel	300×650×200	5.00
1002T, 1002T/36, 1002T/1, 1002T/1/36	PS-1002 power supply (without cables)	160×160×100	1.00



# Mark-1002T钠-单/双通道配置

- ◎ 变送器/传感器距离100m
  - > 灵活布置




# Mark-1002T变送器

- 面板式：接头在背部
  - > Mark-1002T
- 墙装式：接头在底部
  - > Mark-1002T1




# HP-1002T 水力学面板

- ALL-IN-ONE
- 自动碱化调节pH
- 碱化位置：混合池





Notation:  
 A1 – flow-through chamber; A2 – mixing cell;  
 A3 – measuring cell;  
 1 – flow stabilizer; 2 – filter (moss foam); 3 – clamp;  
 4 – alkalinizing reagent (ammonia) vessel;  
 5 – K-1002 compressor; 6 – temperature sensor; 7 – CS-1002 conductivity sensor;  
 8 – sodium electrode; 9 – pH electrode; 10 – flow indicator.



HP-1002T hydraulic panel


# 碱化控制器ABD-1002

- 设置碱化参数
- 设置碱化工作模式
  - > Operation-Process模式
  - > Stop
- 根据现场实际情况设置调节碱化效果
- 压缩泵控制/传感器信号/电导率测量信号及电源接
- 报警指示灯-**红灯**
  - > 试剂消耗将近提示
  - > 碱化系统故障提示




# 电极信号预处理模块

- 钠测量电极
  - pH电极
  - 温度电极
  - 参比电极 (可选)



# HP-1002T碱化系统

- 面板HP-1002T包括整个碱化系统
- 整个流通池结构分三部分：
  - > 过滤稳流→碱化混合池→测量池
  - > 碱化位置在混合池
- 碱化系统包括：
  - > 碱化控制器ABD-1002
  - > 压缩传输泵K-1002/ compressor
  - > 电导率电极CS-1002
  - > 碱化试剂预加热系统
- 通过ABD1002控制器控制compressor以调节碱化试剂，软件设置好有自动控制运行



# 碱化瓶拆装及加碱值设定

- 将碱化液添加到碱化瓶后，装好瓶盖（拆碱化盖时注意先拆加热隔离盖/装时后装加热隔离盖）
- 碱化液设置点建议值如下：
  - › 最长1L二异丙胺用100天
  - › 下表为设置参考表：

Alkalizing reagent	Regulation setpoint, unit.	$C_{Na}$ measuring range lower limit, ppb	Uninterrupted operation time with 1 dm <sup>3</sup> of reagent, days
Diisopropylamine diethylamine	100	0,10	100
	200	0,05	60
	500	0,01	20
Ammonia	70	0,30	60
	120	0,14	20




# 钠表校准

- 校准类型(使用二异丙胺碱化)
  - TYPE0D: 理论(认证)电极数据
  - TYPE1D: 一点校准 (20-230ppb,推荐115ppb)
  - TYPE2D: 三点校准 (样水+已知添加钠离子浓度  
(基于样水) )
- 建议
  - 优先使用TYPE0D校准模式
  - 日常运行推荐TYPE1D校准模式；
  - 当电极使用时间长,零点漂移及斜率太低时, 使用TYPE2D校准模式；



# Mark-1002T钠表投运

- 调节流量范围:5 to 200 L/h, 10-15分钟稳定时间  
(ABD变化+/-5个单位, 观察混合池中碱化试剂是否有气泡, )
- 检查流量及碱化正常
- 检查PH值>10.5?
- 投运, 稳定运行12h
- 测量稳定后, 校准



# 维护

- 碱化试剂添加
- 过滤材料更换
- 消耗部件\*备件包BP49.12.950
  - > 流通池/混合设备密封圈更换(损坏时)
  - > 碱化加热器部件(损坏时)
  - > 碱化混合池电导率电极(损坏时)
  - > 放大器 (损坏时)
- PH电极及钠测量电极



Filtering material replacement (fragmentary view)